

COOK Zenith TX2 TAA エンドバスキュラーグラフト 操作上のチェックポイント

操作

1. 適応に則った症例の選択
2. CT 読影とサイジング、デバイスの組み合わせを含むプランニング
3. アクセスルートの評価と適切なConduit等を用いたアプローチ
4. カテーテル、GWなどの併用品の準備
5. デバイス留置位置とデバイスサイズ選択の為の造影
6. プロキシマルデバイスの確認と準備
7. スtentグラフトの挿入
8. 留置位置の確認(C-armの角度等)
9. デバイスの留置位置
10. デバイスの留置手順
11. 追加stentグラフトがない場合は18へ
12. 追加デバイス留置のための造影(C-armの角度など)
13. 適切な追加デバイスの選択
14. 追加デバイスの確認と準備
15. stentグラフトの挿入
16. デバイスの留置位置、オーバーラップ長
17. stentグラフトの留置手順
18. 確認造影
19. 必要に応じた圧着バルーンの使用
20. アクセスルートの確認、適切な処置
21. システムの抜去